

Information sur les produits/services

TEST CHLORE libre



Année 2023

Papier Amidonné à l'Iodure de Potassium

Produit

- ◇ Bandelette de Papier à l'iodure de potassium amidonné du laboratoire Macherey - Nagel (réf: 90754).
- ◇ Rouleau de 5m x 7 mm

Présentation

- ◇ Boite de distribution de bandelette en rouleau avec système de découpe.

Conditionnement

- ◇ Unitaire

Applications

- ◇ Détection de résidus de Chlore libre sur dispositif médical après désinfection.

Péremption

- ◇ 2 ans

Mode d'emploi

- ◇ Pour libérer la bandelette, tourné légèrement le fond de la boîte.
Tirer sur Le papier pour dérouler la longueur de bandelette désiré et refermer la boîte dans un mouvement inverse.
Le papier peu alors être découper aisément.

Précautions d'emploi

- ◇ Refermer la boîte de distribution après avoir prélevé la quantité de bandelettes désiré.

Référence : TEST POTAS MN